

عطاء توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز
Fully automated blood and other body fluid culture system
عدد (1)

مجانا مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة خمس سنوات لمختبر الاحياء الدقيقة

التسلسل	اسم المادة	وحدة المادة	الكمية المطلوبة سنويا	التفصيل للكمية المطلوبة سنويا
1	Pediatric bottle	Bottle	3500	ثلاثة الاف وخمسمائة
2	Aerobic bottle	Bottle	3500	ثلاثة الاف وخمسمائة
3	Anaerobic bottle	Bottle	3500	ثلاثة الاف وخمسمائة
المجموع		10500 Bottle		عشرة الاف وخمسمائة

رقم طلب الشراء (223001159)

توريد و تركيب و تشغيل و صيانة جهاز

Fully automated blood & other body fluid culture system

عدد(1) مجاناً مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة 5سنوات لمختبر الاحياء الدقيقة

ثمن نسخة العطاء	قيمة كفالة الدخول	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهائية دوام يوم	آخر موعد لببيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)
(50)	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	الاربعاء 11/10/2023	الخميس 12/10/2023	الاحد 15/10/2023
خمسون دينار				

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمنافسين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات المستشفى واي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الاخذ به ويحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية .
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
- اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوماً من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجهاً لأمير السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء المحلية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد / مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علماً بأنه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 40 فقرة أ من نظام المشتريات الحكومية .
9. يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد او الاجهزة المقدمة :
 - (أ) - تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة او جهاز .
 - (ب) - في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة او الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ وبنفس المواصفات فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على اساس (عرض اصيل وعروض بديلة).

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقم الخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني : المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى تسبيب وتجدد تلقائيا وببنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل / البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

دائرة العطاءات و التزويد /مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء (.....) موضوع الطلب:

رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل /الكتالوج	الماركة /المنتشا	السعر الافراي للوحة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافراي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسليم	ملاحظات
1													
2													
3													

اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)

المفوض بالتوقيع عن الشركة

- اسم الشركة/المؤسسة:
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

Fully automated blood and other body fluid culture system

عدد (1)

مجانا مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة خمس سنوات لمختبر الاحياء الدقيقة

No.	Specifications
1.	Automated continuous monitoring blood culture system with (200-240) sample vial capacity (Bench top)
2.	System should be true walk away with a sample user interface
3.	System should have continuous agitation for optimized recovery of microorganisms
4.	System should be based on sensitive fluorescence/colorimetric technology for interpretation of results
5.	System should have enhanced visual indicators both inside and outside the instrument in the form of different colored LEDS to indicate exact station status (available, ongoing, positive, negative and anonymous)
6.	Blood culture media must have resins to reduce the activities of several antibiotics to minimize chances of false negatives due to high antibiotics in specimens and have minimal time for detection of microorganism
7.	Instrument should have the facility for entering sample accession number using bar code reader from a bar coded format
8.	The culture media should be free from substances which inhibits proper interpretation of gram-staining, hence causing any delay in critical callouts. Media should not have any masking effect for easier interpretation of Gram staining of positive isolates
9.	The system should be able to support detection the growth of yeast and any fungus, slow growing organisms such as <i>Haemophilus</i> , <i>Neisseria</i> , <i>Brucella</i> ,.....etc
10.	System should have <u>auto calibration</u> to avoid any manual daily calibration
11.	Should have special media for pediatric samples and low volume sterile body fluid samples
12.	System should be supplied along with UPS (on line Dual conversion type)
13.	Must supply 10 500 bottles per year (should be plastic bottle not glass); 3500 Aerobic bottles 3500 Anaerobic bottles 3500 Pediatric bottles
14.	The instrument should be FDA/CE approved

عطاء توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز

Fully automated blood and other body fluid culture system

عدد (1)

مجانا مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة خمس سنوات لمختبر الاحياء الدقيقة

15.	Provide soft and hard copy of service manual and operation user manual
16.	Providing quality control kits including bacteria ATCC strains (free) for all types of blood bottles once every year and providing the method for its work according to the manufacturer's instructions
17.	The analyzer should have user friendly software with cross check function
18.	The equipment should have interface for output to printer and transmitted to laboratory information system (LIS), and it would the responsibility of the supplier to do the interfacing.
19.	Country of origin for the instrument & Blood culture bottles: Japan, USA , UK or European union

عطاء توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز

Fully automated blood and other body fluid culture system

عدد (1)

مجانا مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة خمس سنوات لمختبر الاحياء الدقيقة

الرقم	شروط خاصة
1.	توريد الجهاز بشكل متكامل مجانا مقابل الكواشف والمستلزمات الاخرى حسب المواصفات المرفقة
2.	يلتزم المتعهد برفع كفاءة الاجهزة وتحديثها وتطويرها وفقا لأحدث البرامج المقدمة من الشركة الصانعة وطوال فترة التعاقد
3.	يلتزم المتعهد باجراء اعمال الصيانة وتبديل قطع الغيار التالفة على نفقته للجهاز موضوع الاتفاقية كلما لزم الأمر وعند الطلب مع كتابة جميع تقارير الصيانة بالإضافة الى عمل الصيانة الوقائية الدورية (preventive maintenance) من قبل المتعهد (كل 6 شهور أو كل سنة) حسب تعليمات الشركة الصانعة للجهاز وتزويد المختبر بنسخة من (preventive service maintenance checklist) ايضا حسب تعليمات الشركة الصانعة وطيلة فترة التعاقد. كما يلتزم المتعهد بتقديم عقد صيانة شامل عرض اسعار بقطع الغيار للجهاز المقدم والالتزام بها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء التعاقد.
4.	يلتزم المتعهد باصلاح الاعطال عند اشعاره بذلك العطل هاتفيا او بالفاكس او خطيا او بالبريد الالكتروني خلال مدة 24 ساعة للأعطال التي لا تحتاج الى قطع غيار وخلال عشرة ايام كحد اقصى للأعطال التي تحتاج لقطع غيار غير متوفرة في السوق المحلي مع التزامه بتقديم جهاز بديل وبشكل مؤقت بنفس المواصفات لحين اصلاح الجهاز، مع استخدامه لتحقيق ذلك لأشخاص مؤهلين ومدرّبين طيلة مدة الاتفاقية لا تحسب فترات تعطل الجهاز ضمن مدة الاتفاقية وتعتبر مدة الاتفاقية ممددة حكما بقدر فترة التعطل
5.	تقديم شهادة منشأ مصدقة من غرفة تجارة عمان للجهاز
6.	يلتزم المتعهد بتوفير جهاز UPS وطابعة عدد 1 مع التزويد بالاحبار اللازمة مجانا طيلة فترة التعاقد وتوفير بطاريات Thermometer اذا تم ارفاقه من ضمن الجهاز طيلة فترة التعاقد والالتزام بعمل صيانة وقائية لاجهزة UPS والطابعة ON-Line Dual conversion UPS
7.	يلتزم المتعهد بتجهيز الموقع المناسب في المختبر مع جميع احتياجات الاجهزة من التمديدات الكهربائية اللازمة وغيرها ان لزم الامر
8.	يلتزم المتعهد بربط الاجهزة مع نظام المستشفى (LIS) على نفقته (لترحيل النتائج) مع توفير ما يلزم من جهاز كمبيوتر وغيره (نظام الربط Unidirectional). كما يلتزم المتعهد بربط الجهاز مع مختبر الطوارئ بحيث عند وجود عينات ايجابية، يعمل Alarm system في مختبر الطوارئ للتنبيه بوجود عينات ايجابية بعد الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة الثامنة صباحا في اليوم التالي (على نفقة المتعهد) (مع توفير ما يلزم من اجهزة وتمديدات.....)
9.	يلتزم المتعهد بتقديم جميع كميات مواد المعايير، والمواد التشغيلية (calibrators, controls, solution, disposables ،....) وكل احتياجات الاجهزة هي الكميات التي سوف يتم توريدها سنويا والكافية لأنجاز وتشغيل الفحوصات التشغيلية مجانا طيلة فترة التعاقد
10.	يلتزم المتعهد بأن الكميات المتقدم بها للعطاء من مواد معايير ومواد تشغيلية ومواد مساندة تكفي لاجراء الفحوصات بالكميات المطلوبة بدعوى العطاء وفي حال تبين وجود خلاف ذلك يلتزم المتعهد بتقديم مواد من معايير ومواد تشغيلية ومواد مساندة مجانا طيلة فترة التعاقد
11.	الالتزام بتدريب الفنيين ذوي العلاقة في المستشفى من قبل اشخاص مؤهلين ومدرّبين لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام أو أكثر اذا استدعى الامر على الجهاز.
12.	الزام المتعهد بتقديم كل من (installation qualification IQ) و (operation qualification) و كل الوثائق اللازمة لضمان الجودة مجانا
13.	الزام المتعهد بتقديم (performance qualification PQ) مجانا شامل جميع المواد اللازمة لعمله مجانا مع استخدامه لتحقيق ذلك أشخاص مؤهلين ومدرّبين من قبل الشركة.
14.	تورد جميع المواد بتاريخ صلاحية تحمل لا تقل عن ثلثي المدة وبالعكس ذلك يتم تقديم تعهد استبدال
15.	توريد المواد حسب الحاجة وعند الطلب هاتفيا أو خطيا وبالتنسيق مع دائرة المختبرات الطبية في مستشفى الجامعة الاردنية/ مختبر الاحياء الدقيقة والمستودع
16.	امكانية استبدال اي مادة بمادة اخرى ضمن المواد المحالة على المتعهد وضمن نفس العطاء

عطاء توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز

Fully automated blood and other body fluid culture system

عدد (1)

مجانا مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة خمس سنوات لمختبر الاحياء الدقيقة

17.	كمية المواد المحالة (حسب الحاجة والاستهلاك) كميات تقديرية للمستشفى مع الالتزام بالقيمة المالية للعطاء اي بمعنى التوريد بقيمة اجمالية وليس كميات
18.	يحق للمستشفى زيادة او تخفيض كميات القرار السنوية بما يتناسب وحجم العمل السنوي
19.	ينتهي العطاء بانتهاء توريد كامل القيمة الاجمالية للعطاء
20.	تمديد العطاء زمنيا أو ماليا دون ان يكون للمتعهد حق الاعتراض
21.	ارفاق نشرة السلامة العامة MSDS لكل المواد الموردة، ارفاق (validation kit inserts) ان وجد
22.	في حال التأخير عن توريد المواد في الموعد المحدد يلتزم المتعهد باجراء الفحوصات على حسابه الخاص في موقع اخر معتمد لدى مستشفى الجامعة الاردنية ويتم اختياره من قبل دائرة المختبرات الطبية
23.	هام: الالتزام بتقديم Compliance sheet ضمن العرض المقدم مع الاشارة الى المواصفات في الكتالوج المقدم