

	223001417	223001417
	الم	رمز المادة
2	Pneumatic tourniquet specification	B HSP 8964
1	arthroscopy camera	B HSP 5887
1	Hip Spica Taple	B HSP 8965
2	electrical drill and saw specification	B HSP 8963

طلب شراء رقم (223001417)

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة لشعبة جراحة العظام والمفاصل

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 22/01/2024	الاحد 21/01/2024	الثلاثاء 16/01/2024	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	(75) خمسة وسبعون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .

- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الاصيلي (.
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم (.....)).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوماً من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجهاً لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علماً بأنه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى ب- يقدم الاعتراض كتابياً على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

10. شروط التقديم لعطاءات الاجهزة والمستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات:
- أ- ارفاق كتاب الاجازة للاجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات التي تحتاج لتسجيل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
- ب- او ارفاق كتاب رسمي صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفيد بحاجة هذه المواد للتسجيل او التحليل من عدمه بموجب أسس اجازة تداول المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات لعام 2019 السارية والمعمول بها.
- ***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***
- ارضي 06/5353666 فرعي: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقم الخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني :المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنكيكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا ببناء على طلب خطي منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

8964

Pneumatic tourniquet specifications

1. Cuff Pressure Range 100 to 450 mmHg
2. Pressure Regulation 1 to 10 mmHg.
3. Timer
4. Quick Release Pressure
5. Power 230 V AC 50 Hz, can work on generator and does not require external stabilizer.
6. Stabilizer In-built
7. Digital display of set pressure and time elapsed
8. Cuffs: different sizes washable and easy fitting (Paediatric, small, medium, big & large).
9. Should be provided with Dual Channel tourniquet where 2 cuffs can be connected independently.
10. Safety Deflation mechanism.
11. Technical support & required spares and consumable
12. Operating and detailed service manual should be provided.

Hip Spica Table:

1. Radiolucent hip spica table.
2. Adjustable.
3. Base and seat with straps.

Revision hip ,arthroscopy camera set and spica table *B-H SP-5887*

a. Specifications of the arthroscopy camera:

- i. 4K Synergy UHD 4 Ultra camera head or more
- ii. Image sensor: At least 3chip C-MOS,
- iii. Color resolution: 10 bit per color channel
- iv. Aspect ratio: 16:9
- v. Image refresh rate: 59.94 Hz
- vi. Focus length: 19.65 mm
- vii. Signal to Noise ratio: > 50 dB
- viii. Digital zoom: 1.5 x
- ix. Camera head buttons: 2 x
- x. Controllable functions: 5 x
- xi. Scope grasping mechanism: accepts compliant endoscopes with eye-piece connector
- xii. Autoclavable

Technical specifications of electrical drill and saw

The set contains drill hand piece, saw hand piece, and all required attachments for coupling drill bits, saw blades, and K-wires.

1. Power source: Sterilizable electric cable (2) (3-4 m long) with consul, or batteries (2) with charger base. These should work with input of 220 v/ 50 Hz.
2. Cannulated drill hand piece of maximum speed of 1200 rpm with non-corrosive Jacob chuck (0-1/4"). Autoclavable.
3. Cannulated reaming hand piece with maximum speed of 500 rpm with AO-type quick coupling. Autoclavable.
4. Pistol grip oscillating saw with a set of 5 blades of different sizes. Autoclavable.
5. Sterilization trays and boxes.