

الوحدة	الكمية	المادة	من المادة
1	High Performance liquid Chromatography	B LAB 857.	

طلب شراء رقم(224000726)

توريـد و تـركـيب و تشـغـيل و صـيـانـة جـهـاز High Performance liquid chromatography /حـاجـة مـختـبـر السـمـوم

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 03/03/2025	الاحد 02/03/2025	الخميس 27/02/2025	(%) من قيمة العرض شاملـاـ كافة الرسوم والضرائب	(50) خمسون دينار

وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحة (المرة الثانية) علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يتلزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يتلزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائياً (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- لا تسأل المستشفى عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
- اجر الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملاً او موقعاً حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززاً بتامين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
 - لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
 - عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التاكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ،مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلية).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%)من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في ملف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعةون يومان من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح)وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ،او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ،مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجها لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في ملف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويوضع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبني دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في ملف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتوها) وترفق مع الملف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يتلزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى بـ يقدم الاعتراض كتابيا على قرار لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.
10. شروط التقديم لعطاءات الاجهزة والمستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات:

أ- ارفاق كتاب الاجازة للاجهزه الطبية والمستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات التي تحتاج لتسجيل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ب- او ارفاق كتاب رسمي صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفيد بحاجة هذه المواد للتسجيل او التحليل من عدمه بموجب أسس اجازة تداول المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات لعام 2019 السارية والمعمول بها.

***للأستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 06/5353666 فرعى: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

..... عطاء رقم الخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني : المقاول او المتعهد

..... الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول او المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطى منكم دون حاجة الى تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطى منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل / البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

دائرة العطاءات و التزويد / مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء (.....)

موضوع الطلب:

رقم البند	مواصفات	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل/الكتالوج	الماركة/المنشأ	السعر الافرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي	شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسليم	ملحوظات
1														
2														
3														

اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملًا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى ان وجد)

اسم الشركة/المؤسسة:

المفوض بالتوقيع عن الشركة:

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:

سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

HPLC SPECIFIC ATIONS

OVERVIEW OF HPLC SYSTEM:

- 1) A High-Performance Liquid Chromatography system with pressure not less than 10000 PSI must be equipped with Low-pressure Gradient Pump, Thermostating Autosampler, Column Compartment, Variable Wavelength Detector, and long-life Injection Valve.
- 2) The HPLC must be a modular design HPLC.
- 3) The system is needed for quantification of Vitamin A, E & D2, D3 with pre-installed software
- 4) The system must be able to perform Normal Phase and Reversed Phase Liquid Chromatography.

PUMP:

- 1) The number of solvent lines must be 4 with solvent degassing built in.
- 2) The pump must support fully automated adjustment of the solvent compressibility over the course of a gradient.
- 3) The pump must offer quaternary low-pressure gradient mixing with serial dual piston.
- 4) The flow range must be 0.001–10 mL/min.
- 5) The maximum operating pressure must be at least 10000 psi.
- 6) The flow accuracy must be $\pm 0.15\%$, and flow precision must be $<0.06\% \text{ RSD}$.

Autosampler:

- 1) The operating principle could be syringe system or based on split-loop injection
- 2) Automated sample configuration
- 3) Must have an injection volume range of 0.01–100 μL , with steps of 0.01 μL .
- 4) Must have injection volume accuracy of $\pm 0.6\%$, and injection volume precision of $<0.5\% \text{ RSD}$.
- 5) The sample temperature of the sample compartment is 4–40 °C.
- 6) The sample compartment temperature stability must be $\pm 1.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Column Compartment:

- 1) The column compartment temperature range is 5–80 °C in 0.1 °C increments, and uses both still air and forced air technique.
- 2) Temperature accuracy $\pm 0.6 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 3) Temperature stability $\pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 4) Must be capable to accommodate at least 2 columns.

Diode array detector (PDA):

- 1) Single beam optical design with 1024 element photodiode array.
- 2) Wavelength range is 190-800 nm, with both deuterium and tungsten lamp.
- 3) The pixel resolution of the detector must be at least 0.7 nm (average).
- 4) Wavelength accuracy $\pm 1\text{nm}$.
- 5) Data collection rate is at least 120 Hz.
- 6) The noise must be $<\pm 7 \mu\text{AU}$ at 254 nm
- 7) The drift must be $<1 \text{ mAU/h}$ at 254 nm

Accessories:

- 1) An appropriate PC must be supplied with the HPLC System.
- 2) An appropriate UPS must also be supplied with the system.

شروط العطاء:

- FDA/CE or equivalent Medical laboratory quality approved product
- 220VAC/50Hz single phase built in power supply
- UPS with suitable rating
- Certificate of calibration and inspection from factory
- Pre-installed comprehensive software that is easy to use, allows full control of the machine, storage, review and data manipulation
- User/service/ technical /maintenance manuals and original software should be supplied
- Price list of spare parts and accessories valid for five years after warranty period
- Standards kit included

1. تجهيز موقع الجهاز من حيث الكهرباء ونظام التهوية وغيرها

2. توفير كل من

User and service manual •

Consumables for 2 years (inlet filters, needle seat, needle,
compatible stainless steel tubes for the full system....etc.) •

Preventive maintenance kit •

Compliance sheet •

3. تقديم قائمة مسحورة بقطع الغيار والمستهلكات والملحقات وتثبيت الاسعار لمدة خمس سنوات بعد الكفاله المجانية

4. تقديم IQ, OQ & PQ .4

5. ان تقوم الشركه بتعريف Vitamins Kits من مختلف الشركات

6. ان يكون هناك software معد مسبقا على الجهاز لخدمة الفحوصات المطلوبه وامكانيه التعديل عليه ليتوافق مع مختلف انواع vitamin kits .6

7. تقديم سعر عقد صيانة لفترة 5 سنوات بعد انتهاء الكفاله شامل ال PM kit .7

8. Three years comprehensive warranty for all parts and accessories of the system .8

9. Full inside application training by certified trainer on vitamin tests .9

10. Full inside operation training by certified trainer .10