

اسم المادة	الكمية	الوحدة	الرقم
Fast Flow fluid warmer	1	uni	7782
portable blood analysis system	2	uni	7781

طلب شراء رقم(224000907)

تامين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من

توريد وتركيب اجهزة فحص لدائرة الطوارئ ودائرة الجراحة العامة

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 07/04/2025	الاحد 06/04/2025	الخميس 03/04/2025	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	(50) خمسون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقضين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحه (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوماً من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجه لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علماً بأنه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى ب-يقدم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 06/5353666 فرعي: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقمالخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني :المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :....

دائرة العطاءات و التزويد /مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء(.....) موضوع الطلب:.....

رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل /الكتالوج	الماركة /المنشأ	السعر الافراي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافراي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسليم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد).													

المفوض بالتوقيع عن الشركة

اسم الشركة/المؤسسة:.....

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:.....

سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

PORTABLE BLOOD ANALYSIS SYSTEM

1. Lightweight.
2. easy-to-use
3. a point-of-care-testing platform
4. Transmit results to the Lab Information System (LIS).
5. Provides accurate results in approximately 2 minutes for most tests (please specify the time needed for each test)
6. Tests :
 - LACTATE
 - BLOOD GASES
 - CHEMISTRIES AND ELECTROLYTES
 - CARDIAC MARKERS
 - COAGULATION
 - HEMATOLOGY
 - ENDOCRINOLOGY.
7. Battery Operated.
8. Sample Type: Syringe and capillary whole blood
9. Sample volume: Variable from 17ul to 95 ul
10. No Calibration required
11. self-check before each analysis
12. External printer can be connected.
13. FDA/CE Approved.
14. Price list of all accessories, consumables and spare parts valid for 8 years after warranty period. To be included with main quot.
15. Three years comprehensive warranty

لقد تم فحصه
على
20/11/2023

Q
Z
7/11

Fast Flow Fluid Warmer

1. provides a rapid flow of normothermic blood and I.V. fluids.
2. integrated Air Detector/Clamp
3. allowing quick removal of air and restoration of flow without disconnecting from the patient
4. providing a constant pressure for rapid infusion.
5. safe heating system, prevent overheating
6. audible and visual alarm
7. FDA/CE Approved.
8. Price list of all accessories, consumables and spare parts valid for 8 years after warranty period. To be included with main quot.
9. Three years comprehensive warranty


N/CE

شروط الاحالة و هي كما يلي :

1. توريد الجهاز حسب المواصفات بالاضافة الى **service manual soft and hard copy** الكتالوجات التشغيلية و **main power supply 220 - 240 volt 150 Hz**
2. تقديم كفالة شاملة لمدة 3 سنوات شاملة قطع الغيار و تقديم تعهد خطي لتوريد قطع الغيار و توفير المواد اللازمة للتشغيل لمدة 10 سنوات و تقديم قائمة بأسعار القطع والاكسسوارات صالحة لمدة 10 سنوات .
3. يجب الالتزام بتدريب الطاقم الطبي على الاستخدام للمادة رقم 1 و المادة رقم 4.

