

متسلسل شراء	رقم طلب الشراء	تاريخ طلب الشراء	المستودع
224001013	224001013	02-10-2024	الصيانة وقطع الغيار
رمز المادة	المادة	الكمية	الوحدة
CON 2276 0	نظام ALARM MONITOR لتلاجات المختبرات	52	عدد
مجموع الطلبات			

طلب شراء (224001013)

تأمين إحتياجات مستشفى الجامعة الأردنية من

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام Alarm Monitor لثلاجات المختبرات

ثمن نسخة العطاء	قيمة كفالة الدخول	آخر موعد لتقديم الاستفسارات	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)
(25) خمسة وعشرون دينار	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	الاثنين 2025/07/14	الاثنين 2025/07/20	الاثنين 2025/07/21

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجاتا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

- ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :
 1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ،مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
 2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلي).
 3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
 4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ،او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ،مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجه لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
 5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
 6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
 7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
 8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
 9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى ب-يقدم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

*** للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 06/5353666 فرعي 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقمالخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني :المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء البنوه
عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد
بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه
ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى
تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه
الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :.....

المفوض بالتوقيع :.....

التاريخ :.....

دائرة العطاءات و التوريد /مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء(.....)

موضوع الطلب:.....

رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل /الكتالوج	الماركة /المنتشأ	السعر الافراي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافراي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسليم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)													

- اسم الشركة/المؤسسة:.....
- المفوض بالتوقيع عن الشركة
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:.....
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

Technical specifications for LoRa WAN based alarm system

1. Designed to monitor temperature in medical refrigerators, freezers, cold rooms and deep freezers (LORA WAN based alarm system).
2. Cloud based platform to upload data by internet.
3. Data loggers powered by battery; please specify battery lifetime, specifications and price.
4. Range of temperature zero to -75 °C.
5. Quick and easy configuration.
6. Variable alarm settings for each data logger.
7. Cell phone calls and SMS (capable of multi numbers, minimum of 15), mobile application for life monitoring and PDF reports are required.
8. Calibrated data loggers; please specify calibration and validation cost after warranty period.
9. It's necessary to submit the price for cell phone calls and SMS packages.
10. Upgradable system by hardware and software.
11. The work includes all electrical, structural and computer system requirements.
12. Three years' comprehensive warranty.
13. Spare parts, accessories and consumables (if any) price lists valid for 5 years after warranty period must be enclosed within the quotation.
14. Quality certified system and data loggers; please attach the certificates with the price offer.
15. أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للنظام المعروض.
16. Local data backup of approximately 48 hrs or more in case of cloud disconnection.
17. Power backup of approximately 4 hrs or better in case of AC power blackout.