

الوحدة	الكمية	نوع الماد	الم	رمز المادة
Each	1	Refrigerator		B HSP 7830
Each	1	Vital Sign monitor		B HSP 7829

طلب شراء رقم(22400186)

توريـد و تـركـيب و تشـغـيل و صـيـانـة Refrigerator & vital sign moniter

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 24/02/2025	الاحد 23/02/2025	الخميس 20/02/2025	٣% من قيمة العرض شاملـاً كـافـة الرسـوم والـضرـائب	٢٥) خـمسـة وـعـشـرون دـيـنـار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يتربى عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجر الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
 - لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
 - عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار:

1. يتم تعينة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ،مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%)من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ،مبين عليه اسم المعتمد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجها لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويوضع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبني دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتابوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بأنه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى بـ يقدم الاعتراض كتابيا على قرار لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

للإستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 5353666 فرعى: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

.....الخاص ب..... العطاء رقم

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني : المقاول او المتعهد

.....الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطى منكم دون حاجة الى تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطى منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

..... توقيع الكفيل / البنك :

..... المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

دائرة العطاءات و التزويد / مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء (.....)

موضوع الطلب:

رقم البند	مواصفات	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل / الكatalog	الماركة / المنشأ	السعر الافرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي	شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسoms الجمركية	مدة التسليم	ملاحظات
1														
2														
3														

اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)

- اسم الشركة/المؤسسة:
- المفوض بالتوقيع عن الشركة
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

Specification of Vital Sign Monitor

- 1- Able to measure NIBP , temp and SPO2
- 2- Light weight .portable and heavy duty
- 3- Microprocessor controlled
- 4- LED or LCD display of all parameters and setting
- 5- Audio-visual alarms and indicators.
- 6- Startup kit including all standard and accessories to operate the unit.
- 7- Please offer for all available models and accessories (including all cuff sizes ,temp sensors , spo2 probes , and probe cover)
- 8- Durable rechargeable battery (minimum for 3 hours continuous operation)
- 9- User friendly machine
- 10- Wifi transmission module and USB cable.
- 11- Powerful data management store up to 100 patient with 1000 sets of data for each parameter.

12- NIBP specifications :

- *Oscillometric measuring technique
- *Measuring time less than approx. 1 minute
- *Auto- manual measurements mode
- *Adequate inflation pressure
- *Good resolution and accuracy measures

13- Temperature specification:

- Acceptable measurement range
- Oral, axillary and rectal measurement

Acceptable resolution and accuracy measurements

13-SPO2 specifications:

*Measuring range up to 99%

*LED technology

*Good resolution and accuracy

14-adult, pediatric and neonatal measurement for all parameters
(NIBP, SPO2, TEMP.)

15- FDA or CE approved

16- Calibration procedures should be clearly described and
performed during warranty period

17-Two years comprehensive warranty

18- User and service manual should be supplied as a hard copy
or soft copy to bio-medical engineering department

19- Recommended spare parts and accessories price list should
be quoted separately

20- Please quote also for probes covers

21-please quote for standard and options separately

22-original trolley or local trolley

23- The machine must be calibrated by the manufacture.

24-A copy of calibration certificate must be provided.

مواصفات ثلاجة حفظ أدوية طبية

- 1- ثلاجة خاصة لحفظ الأدوية ومصنعة خصيصاً لهذا الغرض ، صناعة أوروبية أو أمريكية نوع ممتاز جداً ومن شركات معروفة بهذا النوع من الثلاجات لحفظ الأدوية.
- 2- سعة التخزين للثلاجة 500-400 لتر .
- 3- باب الثلاجة فصالات ومزود بقفل ومقفل
- 4- تعمل على نظام التبريد بالهواء (NO frost) درجة الحرارة المطلوبة -2 م
- 5- تعمل على غاز تبريد صديق البيئة .
- 6- مزودة بقفل ومقفل .
- 7- مزودة بنظام إنذار ضوئي وصوتي عند ارتفاع درجة الحرارة عن درجة معينة .
- 8- مزودة بنظام بطاريات شحن أح提اط لضمان عمل نظام الإنذار عند انقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجة .
- 9- أن تكون الثلاجة مزودة مخارج إنذار خارجي (Remote alarm contacts) ليتم ربط الثلاجة بنظام إنذار آخر بعيد عن موقعها ويكون مربوطاً على البطارية الأحتياط الشحن .
- 10- تركيب نظام إنذار خارجي ويشمل صافرة وضوء يعمل على مخرج Remote alarm contacts مع ما يلزم لتشغيل هذا النظام .
- 11- جسم الثلاجة مصنوع من الصاج ستانلس ستيل الطبي 304 أو الصاج المدهون أو المعالج حرارياً (Electrostatic powder painted coated) .
- 12- جسم الثلاجة معزول بمادة البوليوريثان أulkom وبسماكة عالية ومناسبة .
- 13- الثلاجة مزودة بنظام تسجيل ومراقبة الحرارة (Temp chart Recorder) لمراقبة تسجيل درجات الحرارة خلال 24 ساعة في اليوم وسبع أيام في الأسبوع .
- 14- نظام تحكم بدرجة حرارة الثلاجة الكتروني وتحديد المتغيرات الخاصة بالثلاجة .
- 15- مزودة بأنارة داخلية تعمل عند فتح الأبواب وتغلق عند إطفاءها .
- 16- الثلاجة مزودة برفوف لائق عن 5 أرفف ستانلس ستيل أو مدهون حراري .
- 17- كفالة صيانة مجانية شاملة قطع الغيار والأجور لمدة عامين من تاريخ التشغيل .
- 18- تقدر التكلفة 3000 دينار تقريباً .