

متسلسل شراء	رقم طلب الشراء	تاريخ طلب الشراء	المستودع
225000243	225000243	12-03-2025	اجهزة ومعدات طبية
رمز المادة	الم	ا	الكمية
B HSP 7844	laparoscopic tower	1	Each

طلب شراء رقم (225000243)

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة

Laparoscopic Tower

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 07/07/2025	الاحد 06/07/2025	الاربعاء 25/06/2025	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	(50) خمسون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ،مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ،او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ،مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجه لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى ب-يقدّم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقمالخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني : المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه
عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد
بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنكيكفل بتعهد لا رجعة عنه
ان يدفع لكم مبلغعند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى
تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه
الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :.....

المفوض بالتوقيع :.....

التاريخ :....

دائرة العطاءات و التوريد /مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء(.....)

موضوع الطلب:.....

رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلو بة	الموديل /الكتالوج	الماركة /المنشأ	السعر الافرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسل يم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)													

- اسم الشركة/المؤسسة:.....
- المفوض بالتوقيع عن الشركة
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:.....
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

Advanced Laparoscopic System

1. Trolley

- Original, heavy duty with four anti-static lockable casters
- Four to five shelves including lockable drawer
- Integrated with monitor flexible articulation arm mounted on holder
- CO2 gas cylinder holder
- CCD camera holder
- Main power supply switch on cover
- Built-in electrical outlets (sockets), 220VAC/50 Hz/10A 1Ø, minimum of ten.
- Medical grade material & finishing.

2. ONE medical grade 4k plasma not less than 32" LED monitor

- installed on the trolley.
- PAL/NTSC video system
- 16:9 aspect ratio
- (3840*1080) pixels or higher resolution
- Inputs/outputs: DVI, SDI, Composite/Video, RGB, S-Video.
- Complies to all medical safety standards & regulations
- Quality approved product
- Main: 220VAC/50Hz

3. Camera control unit (camera processor)

- Supports high resolution triple CCD 4k plasma camera heads
- (3840*1080) pixels or higher) 4k plasma CCDs compatible or CMOS technology.
- Has a portable memory stick plus internal hard disk for still image and video recording (option)
- Inputs/outputs: DVI, SDI, Composite/Video, RGB, S-Video.
- White balance control
- Light source control function from camera head
- Mains: 220VAC/50 Hz 1Ø
- Illuminated controls and displays
- Digital zoom and focus.

4. Camera head

- Triple CCD chip or CMOS (3-chip camera)
- 4K 3840*1080 pixels or higher

- Buttons for power optical zoom
- Buttons for focus OR focus ring /focuswheel.
- Light weight.

5. Light source

- High performance LED light source
- Auto and manual light intensity control
- Illuminated buttons, indicators and displays
- lamp life is not less than 30000 hours.
- Audiovisual alarms for all parameters
- Mains: 220VAC/50 Hz 1Ø

6. CO2 gas insufflators, preferred internal gas heating

- High flow rate 40-50 L/minute
- Auto pressure sensing & control
- Safety over-pressure release
- Multiple display modes & user settings
- Illuminated front panel
- Hydrophobic filter
- Mains: 220VAC/50Hz .
- Audiovisual alarms for all parameters
- Tube set reusable with heating function

7. light guide cables 2.5-3 m long for laparoscope QTY (3)

8. Image management system(patient documentation system)

- For video & image storage
- Recording images up to full HD quality
- Recording videos up to full HD quality
- Recording media internal HDD up to approximately 300 GB or more, CD/DVD/external USB storage
- DVI, SDI, S-Video, RGB or composite video signal inputs/outputs
- 1920 x 1080 video output resolution

9. Special conditions

- System & all its parts shall be FDA approved / CE marked
- User & service manuals for system & all its parts should be supplied as CD & paper
- Installation works to be afforded by the contactor
- Comprehensive three years warranty on system & all its parts

- Availability of spare parts for five years after warranty shall be confirmed & certified
- Certificate of origin shall be supplied
- On-site medical & engineering training for adequate period.
- Compliance sheet for all specifications with catalogues page must be attached.