

الوحدة	الكمية	المادة	رمز المادة
Each	2	ultrasound	B HSP 7855

مواصفات جهاز الألتراساوند قسم النسائية والتوليد

No.	Technical Specification	Description
1	Applications	Gynaecology and Abdominal
2	Beam Former	Broad band multi-frequency
3	Ergonomics	Compact system on four wheels with minimum two brakes
4	Monitor	Min. 17 " High Resolution LCD screen
5	Monitor Resolution	At least 1024 X 760 pixel
6	Probes Connector	3 Active Probe Connectors
7	Electrical power	220 VAC / 50Hz
8	Operator keyboard	Full Alphanumeric Keyboard with back lighting with track ball. (touch screen optional)
9	Transducer types	Convex Array + Endocavital (vaginàl)
10	Operating modes	B - Mode
		M - Mode
		PW Doppler
		Colour Flow Doppler Mode
		Power Doppler Mode
11	Display Modes	Duplex and triplex Capabilites
12	Harmonic Imaging	Included
13	Speckle reduction	Included
14	Compound Imaging	Included
15	Pre and Post Processing	Gain , TGC , zoom and Grèymaps
16	Real - time automatic Doppler calculations	Included
17	Measurements	Distance, area, Volume and Angle
18	Calculations	Calculations Packages for: Abdominal, Obstetrics(Hadlock-calculation) and Gynaecology
19	Hard Disk	More than 500 GB
20	Image Archive	CD / DVD , USB and Hard Disk

21	Cine memory Cine function :	≥ 5000 Frame Independent Cine Review in 2D/M, 2D/Doppler 2D/C/Doppler, etc.
22	No. of processing Channels	More than 500,000 channel
23	Frame Rate	More than 750 FPS
24	Dynamic Range	More than 260 Hz
25	Depth Range	Up to 35 cm
26	Probes	Convex Array Probe, Frequency 2-5 MHz Endocavity Probe, Frequency 4-10/3-10/2-9/5-9 MHz, with minimum depth 15 cm
27	Automatic Fetal Biometry Calculation	Included (headlock)
28	Raw data processing	a) The system shall allow for post-storage image manipulation Doppler Gain, Angle correction, Doppler Base Line, sweep speed & inverted spectral waveform. b) System should provide a display zoom function on frozen images. c) System should have the facility of performing measurements & annotations on stored images.
29	Safety Certificates	FDA or CE Certificate
30	Manufacturer Origin	USA, Japan, western Europe, & South Korea system should have free sales certificate at the Manufacturer country, or equivalent
31	Automatic Optimizaton	Included for 2D and Doppler
32	Warranty	3 years comprehensive (spare parts & labor charge)
33	UPS	of suitable rating
34	Manual	Service & user
35	DICOM	Ready
36	Software	Original backup with active license

**A representative from the Obstetrics and Gynecology to
evaluate the image quality and performance before
purchasing The Ultrasound Equipment**

طلب شراء رقم(225000344)

تامين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من

توريد وتركيب وتشغيل جهاز Ultrasound حاجة قسم النسائية

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 26/05/2025	الخميس 22/05/2025	الخميس 15/05/2025	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	(25) خمسة وعشرون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بان تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
 - اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
 - اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ،مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ،او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ،مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجه لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى ب-يقدم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقمالخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني :المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول او المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى تسبیب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

دائرة العطاءات والتزويد / مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

رقم طلب الشراء (.....) موضوع الطلب :

رقم الطلب	مواصفات الطلب	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل /الكتالوج	العلامة /المنشأ	السعر الافرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	مدة التسليم	ملاحظات
1													
2													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات وكافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)													

المفوض بالتوقيع عن الشركة

- اسم الشركة / المؤسسة :
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات وتاريخه :
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول .