



مستشفى الجامعة الأردنية

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد

Tenders and Supply Department

الرقم :
التاريخ :

نموذج طلب عرض اسعار لطلب الشراء رقم (225000532) شعبة المشتريات

السادة:-

فاكس: ()

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجي التكرم بتقديم عرض اسعار للمواد المبينة مواصفاتها تالياً:

الرقم	الوحدة	الكمية	اسم المادة
1	eac	1	Podiatry chair
حسب المرفق/اعادة طرح			

مدير دائرة العطاءات والتزويد

الصيدلانية لبنى عبد الخرابشة

على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:-

- 1- يقدم عرض الاسعار موقع وبمغلف مختوم ومغلق أو عن طريق الايميل الرسمي Purchase.juh@ju.edu.jo او الفاكس (5526317-5300786) .
- 2- تحديد مدة التسليم وبلد المنشأ.
- 3- تقديم عينات وكتالوجات .
- 4- صلاحية العرض لا تقل عن (90) يوم .
- 5- اخر موعد لتقديم العروض يوم الاربعاء الموافق 17/09/2025 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 6- يستبعد كل عرض معدل يدوياً.
- 7- يستبعد كل عرض غير مستوفي للشروط اعلاه
- 8- تسلم العروض في دائرة العطاءات والتزويد - شعبة المشتريات
- 9- في حال عدم توفر المواد إرسال اعتذار عن عدم توفرها على الفاكس رقم (5300786)
- 10- دفع الرسوم المقررة وتقديم تامين حسن التنفيذ خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ ويعفى من تقديم كفالة حسن التنفيذ اذا كانت مدة التسليم لا تتعدى او تتجاوز الاسبوعين

للاطلاع على اعلانات شراء المستشفى المحلية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.Hospital.Ju.edu.jo

الرجاء اضافة رابط موقع الجامعة الاردنية الالكتروني (www.ju.edu.jo) على صفحاتكم الالكترونية والدخول على الموقع

تلفون: 5353666 (962-6) - فاكس : 5300786 - صندوق بريد : 13046 - عمان - الاردن

Tel : 5353666 -Fax : 5300786 - P.O.Box : 13046- Amman - Jordan

225000 532

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PODIATRY EXAMINATION

- 1) Ergonomic design & heavy duty.
- 2) Full sitting & lying positions.
- 3) Back section, leg section & height adjustments, electronically controlled.
- 4) Foldable armrest.
- 5) Detachable headrest.
- 6) TRAY :Large stainless steel debris tray
- 7) Smooth surface for easy cleaning.
- 8) Proper density foam sheet cushion.
- 9) Corrosion free galvanized steel frame with powder coating.
- 10) Castors with lockable brakes.
- 11) Weight capacity of approx. 150 kg or better.
- 12) Power rating of 220 V-50 Hz.
- 13) Instruction & service manuals, paper & CD.
- 14) Two years comprehensive warranty.
- 15) FDA or CE approved product.
- 16) Installation work to be performed by the contractor.
- 17) All needed accessories to operate the system should be included.
- 18) Please quote for any other available options.