



مستشفى الجامعة الاردنية

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد

Tenders and Supply Department

الرقم :

التاريخ :

نموذج طلب عرض اسعار لطلب الشراء رقم (225000720) لجنة الشراء الفرعية

السادة:-

فاكس: ()

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجي التكرم بتقديم عرض اسعار للمواد المبينة مواصفاتها تالياً:

الرقم	الوحدة	الكمية	اسم المادة	الوصف
1	eac	3	Electric dermatome	وحسب المواصفات المرفقة

مدير دائرة العطاءات والتزويد

الصيدلانية لبنى عبد الخرابشة

على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:-

1- يقدم عرض الاسعار موقع وبمغلف مختوم ومغلق .

2- تحديد مدة التسليم وبلد المنشأ .

3- تقديم عينات وكتالوجات .

4- صلاحية العرض لا تقل عن (90) يوم .

5- اخر موعد لتقديم العروض يوم الاربعاء الموافق 17/09/2025 الساعة الواحدة ظهراً .

6- شروط إضافية: 1- يستبعد كل عرض يرد بالفاكس . 2- يستبعد كل عرض معدل يدوياً .

7- يستبعد كل عرض غير مستوفي للشروط أعلا 8- تسلم العروض في دائرة العطاءات والتزويد - لجنة الشراء الفرعية

9- في حال عدم توفر المواد إرسال اعتذار عن عدم توفرها على الفاكس رقم (5300786)

10- دفع الرسوم المقررة وتقديم تامين حسن التنفيذ خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ .

لاطلاع على اعلانات شراء المستشفى المحلية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.Hospital.Ju

الرجاء اضافة رابط موقع الجامعة الاردنية الالكتروني (www.ju.edu.jo) على صفحاتكم الالكترونية والدخول على الموقع

تلفون: 5353666 (6-962) - فاكس: 5300786 - صندوق بريد: 13046 - عمان - الاردن

Tel : 5353666 - Fax : 5300786 - P.O.Box : 13046- Amman - Jordan

Technical specifications for battery -Powered (Cordless) Dermatome

- **Intended Use:**

For portable skin graft harvesting, suitable for OR and field use.

- **Specifications:**

1. Power Source: Rechargeable Li-ion battery.
2. Operating Time: Continuous operation ≥ 90 minutes per full charge.
3. Motor Speed / Blade Speed: Over 7000 strokes per minute.
4. Graft Thickness Adjustment: 0.1 mm – 1.2 mm. in 0.1 mm increments
5. Graft Width Plates: Adjustable from 10 mm to 80 mm approx using interchangeable plates.
6. light weight
7. user-friendly.
8. Material: Utilizes a durable titanium housing.
7. Safety Features: Battery protection, overload protection, sterile blade compatibility.
8. Accessories: Spare batteries, charger, set of blades, width plates. (price separately)
9. Warranty: Minimum two years comprehensive from the date of delivery.
10. Devices must comply with international standards for surgical instruments (ISO 13485 / CE marked / FDA approved).
11. Supplier must provide installation, training, and maintenance services.
12. Spare parts availability for at least 5 years.
13. All consumables (blades, plates) availability for at least 5 years.