

الكمية	المادة	رمز المادة
1	Washer Disinfectors	B HSP 1222

14	Construction materials	<ul style="list-style-type: none"> • Inner cabinet, washing arms and tank filters entirely made of high quality AISI 316L stainless steel. • Body of machine made of AISI 304 stainless steel. 		
15	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Including Spray nozzles to ensure complete contact of spray with the load with rotating spray arms fixed on the top, bottom and at each level of the rack and free to rotate. 		
16	Chemical dosing pumps	<ul style="list-style-type: none"> • Min. of two automatic dosing pumps with flow meters and level control. 		
17	Temperature control/monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • ~ 40-93 °C. • Thermal overload protection 		
18	Chemical tanks	<ul style="list-style-type: none"> • Built in cabinet for chemical gallons used in operation. 		
19	Heating Source	<ul style="list-style-type: none"> • Electrical. 		
20	Pre-heating tank (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Pre Heating tank or similar system (e.g. Heat Exchanger) to reduce the cycle time (quoted separately). 		
21	Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • All standard accessories must be included. • 6 levels instrument wash cart. • Transfer trolley on both sides w/ safety linking system to hook the washer for perfect cart loading with liquid collector. • Mesh DIN trays Qty 40. 		
22	Installation	<ul style="list-style-type: none"> • All electrical, mechanical, plumbing, RO/Soft/DEMI water plant, compressed air, drain line, exhaust line and duct works must be afforded by the contractor. 		
23	Documentations	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced service manual (includes functional descriptions, troubleshooting procedures, error codes, layouts, exploded views, spare parts numbers, assembly, disassembly, adjustment and calibration procedures, schematics, etc.). • Instructions for use manual and quick reference guide. • Installation manual. • All manuals must be supplied as soft copies. 		
24	Power Supply	Power Supply Three Phase 380-400V/ 50Hz.		

*** ملاحظات وشروط خاصة:

1- ضرورة الكشف على الموقع قبل تقديم عرض السعر.

2- توريد وتمديد وتوصيل كابل كهرباء بقياس مناسب للجهاز بطول حوالي 100 متر للوحة الكهرباء الرئيسية والسعر حسب الكيل.

3- يجب أن يكون عرض السعر شامل لتوصيل الجهاز على خط الصرف الصحي والمياه والهواء المضغوط.

4- تدريب كادر الهندسة الطبية وكادر التعقيم في المستشفى على تشغيل وصيانة الجهاز للعدد والمدة الكافيين محليا في الموقع وخارج المستشفى داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

5- تحديد اماكن تواجد الاجهزة في الاردن.

9/12/2025

Item No.1 Washer Disinfector			QTY: 1	
No.	Technical Specifications	Minimum JUH Specification	Bidders offer	Page No. and paragraph in bidders catalogue
1.	Manufacturer	<ul style="list-style-type: none"> Please specify manufacturer, country of manufacturer and country of origin 		
2.	Model Number	<ul style="list-style-type: none"> Please specify model No 		
3.	Quality Standard	<ul style="list-style-type: none"> FDA/CE approved and complies with all medical products safety standards and regulations such as EN ISO 15883, IEC/EN 61010, IEC/EN 61326, EN1717, etc. 		
4.	Application	<ul style="list-style-type: none"> For Cleaning and Disinfection of surgical instruments. The system must accept detergents (disinfection chemicals) from miscellaneous brands (open system). It must include all standard items and accessories to operate the system. Standard items and optional items to be quoted separately. 		
5.	Washing/Disinfection Programs	<ul style="list-style-type: none"> Min. of 10 cycle programs; please specify. 		
6.	Doors	<ul style="list-style-type: none"> Automatic electrical or pneumatic vertical double Sliding Doors with safety lock. High quality thermal tempered glass. 		
7.	Chamber	<ul style="list-style-type: none"> Capacity ~ 350-450 L (15-18 DIN Trays). Wash Cart Volume ~ 350L. Illuminated interior. 		
8.	Throughput	<ul style="list-style-type: none"> ~ 25 DIN Trays/Hour, more is better. 		
9.	Control unit	<ul style="list-style-type: none"> Fully automatic microprocessor, microcontroller or PLC/HMI unit. Data storage; min. of 100 cycles; please specify. 		
10	Display	<ul style="list-style-type: none"> Min. of 5.7" LCD/LED/HMI Touchscreen/keypad on both sides. Displays cycle status and alarm messages. Level indicators for detergents. 		
11	Loading/Unloading Panels	<ul style="list-style-type: none"> Loading: Controlling process status, temperature, cycle time, alarms, errors codes, etc. Unloading: Cycle complete, door status, etc. Emergency stop push button on both sides 		
12	Printer	<ul style="list-style-type: none"> Include built in Thermal Printer 		
13	Cycle stages	<ul style="list-style-type: none"> Cold prewash, Main wash, Disinfection(Chemical/Thermal) and Drying. HEPA Filter must be included in the drying phase. 		

PKD
9/12/2025

[Handwritten Signature]
16/13

طلب شراء رقم(225000690)

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة Washer Disinfectors حاجة قسم التعقيم

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 26/01/2026	الاحد 25/01/2026	الثلاثاء 13/01/2026	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	(50) خمسون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
- اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجها لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى

ب-يقدم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 06/5353666 فرعي: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقم الخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني : المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بغرض اسعار للعطاء المنوه
عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد
بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه
ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى
تسبيب وتجدد تلقائيا وبففس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه
الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ : ...

دائرة المعاملات و التوريد / مستشفى الجامعة الأردنية

نموذج تقديم عرض أسعار

رقم طلب الشراء (.....)

موضوع الطلب:

رقم الطلب	مواصفات الطلب	الوحدة	الكمية المطلو بة	الموديل /الكatalog	الماركة /المنشا	السعر الافرادي للوحة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي شامل الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسل يم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)													

- اسم الشركة/المؤسسة:
- المفوض بالتوقيع عن الشركة:
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.