

ملحق معدل لوثائق طلب شراء رقم (225000882) والخاص ب

Chimacal Storage Cabinet

يرجى العلم بتمديد فتح العروض لمدة 3 اسابيع من تاريخ الاغلاق 12/06/2026 ولغاية يوم
الاثنين الموافق 02/02/2026 الساعة الواحدة ظهرا

الوحدة	الكمية	المادة	رمز المادة
Each	5	chemical storage cabinet	B LAB 8991

طلب شراء رقم(225000882)

تامين احتياجات مستشفى الجامعة الاردنية من Chemical Storage cabinet

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 02/02/2026	الاحد 11/01/2026	الاربعاء 31/12/2025	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	(50) خمسون دينار

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
- اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعود المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها(نموذج عرض المناقصة الاصلي).
3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجها لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار ويبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى

ب-يقدم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 06/5353666 فرعي: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقم الخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني : المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سينتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول او المتعهد بكفالة عطاء مع عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى تسبب وتجدد تلقائيا وبنفس المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

دائرة المعطاعات و التزويد / مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض أسعار

رقم طلب الشراء (.....)

موضوع الطلب:

رقم الطلب	مواصفات الطلب	الوحدة	الكمية المطلو بة	الموديل /الكتالوج	الماركة /المنشأ	السعر الافرادى للوحة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادى شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسلط بم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)													

- اسم الشركة/المؤسسة:
- المفوض بالتوقيع عن الشركة
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

Design, application, capacity and quantity	<ul style="list-style-type: none"> • Vertical standing double compartment cabinet • Safe storage of diverse hazardous materials such as acids, bases, toxic chemicals in one cabinet • Capacity =60-80 Gallon • Quantity = 3 cabinets
	<ul style="list-style-type: none"> • Vertical standing double compartment cabinet for flammable storage (explosion proof design) • Capacity =60-80 Gallon • Quantity = 2 cabinets
Type	Microprocessor controlled system, Recirculating air filtration safety cabinet for chemical storage
Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Double-wall steel construction with corrosion-resistant coating • Wall thickness: 1.2-1.5 mm • High Quality steel with Anti-fire, anti- corrosive lining
Doors	Self-closing or manually operated double doors with chemical-resistant seal
Shelves	<ul style="list-style-type: none"> • Adjustable perforated steel shelves with spill containment trays May be adjusted according to bottle size • Anti –roll lips shelves
Air Filtration System	<ul style="list-style-type: none"> • Recirculating air system — no external ducting required • Filters shall be compatible with a wide range of laboratory chemicals, including organic solvents, acids, bases, and formaldehyde vapors • Filtration efficiency shall comply with EN 1822 / EN 14387 or equivalent international standards.
Ventilation Rate	Continuous airflow for effective vapor extraction and filtration
Control Panel	Digital display with filter saturation indicator and airflow monitoring
Safety Features	<ul style="list-style-type: none"> • Automatic airflow regulation • Filter replacement alarm • Lockable doors for controlled access
Noise Level	< 50 dB
Optional Features	Interior LED lighting and integrated timer

مرفق (4) المواصفات الخاصة بالخزائن الكيمائية

- **General Terms and Remarks:**
- 1- **Complied with OSHA (occupational safety and health administration) and NFPA (national fire protection association) standards and regulations.**
- 2- **Quality approved medical laboratory product, FDA and /or CE approved**
- 3- **Built in 220 VAC /50Hz power supply**
- 4- **Supplied with all needed accessories to operate the unit**
- 5- **The supplier shall provide three years' comprehensive warranty**
- 6- **The supplier shall provide periodic preventive maintenance service at least twice a year including:**
 - **Inspection and performance testing of the filtration system.**
 - **Verification of airflow and filter integrity.**
 - **Replacement of filters when needed.**
 - **Submission of a maintenance and performance report after each visit.**
- 7- **Spare parts, accessories and consumables including filters price lists valid for five years after warranty period**
- 8- **User and service manuals must be provided as soft copy**